



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 59105

Срок действия до 18 июня 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро "Термоприбор" (ЗАО СКБ "Термоприбор"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 60966-15

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.461-2009

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ ТСМ 012: 3 года; 2 года - для ТС класса В, С с диапазоном измеряемых температур свыше плюс 150 до 180 °С. ТСП 012: 3 года; 2 года - для ТС класса АА; 5 лет - для ТС класса А, В, С с диапазоном измеряемых температур от минус 60 до плюс 200 °С

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **18 июня 2015 г. № 719**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



..... 2015 г.

Серия СИ

№ 020770