



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 59105

Срок действия до **18 июня 2020 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское бюро "Термоприбор" (ЗАО СКБ "Термоприбор"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **60966-15**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.461-2009

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **ТСМ 012: 3 года; 2 года - для ТС класса В, С с диапазоном измеряемых температур свыше плюс 150 до 180 °С. ТСП 012: 3 года; 2 года - для ТС класса АА; 5 лет - для ТС класса А, В, С с диапазоном измеряемых температур от минус 60 до плюс 200 °С**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **18 июня 2015 г. № 719**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев
С.С.Голубев



..... 2015 г.

Серия СИ

№ 020770