



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 62680

Срок действия до 24 июня 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
ТСМУ 014, ТСПУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 015

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское
бюро "Термоприбор" (ЗАО СКБ "Термоприбор"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 46437-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

РГАЖ 0.282.001.01 РЭ, Раздел 3.4

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года; 2 года для ТСПУ 014, ТСПУ 015 с
верхним пределом диапазона измерений свыше плюс 200 °С, для ТСМУ 014,
ТСМУ 015 с верхним пределом диапазона измерений свыше плюс 150 °С

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2016 г. № 797

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



..... 2016 г.

Серия СИ

№ 025198