



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 62679

Срок действия до 24 июня 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи температуры программируемые ТСМУ 031, ТСПУ 031,  
ТХАУ 031, ТХКУ 031, ТННУ 031

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское  
бюро "Термоприбор" (ЗАО СКБ "Термоприбор"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 46611-16

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

РГАЖ 0.282.007 РЭ, Раздел 3.4

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; 4 года - для ТСМУ 031, для  
ТХКУ 031 С; 5 лет - для ТСМУ 031П с защитными корпусами типов "К1", "К2",  
для ТСПУ 031 с верхним пределом измерений плюс 200 °С, для ТХАУ 031,  
ТННУ 031 с верхним пределом измерений плюс 800 °С

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2016 г. № 797

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С.Голубев



07 ..... 2016 г.

Серия СИ

№ 025199