



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.165.A № 70948

Срок действия до 24 августа 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское
бюро "Термоприбор" (ЗАО СКБ "Термоприбор"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 72195-18

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РГАЖ 0.282.002.01 РЭ, раздел 3.4

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; 4 года - для ТХА 001, ТХА 002,
ТХК 002 с диапазоном измерений от - 40 до + 800 °С; 6 месяцев - для ТХА 002
с диапазоном измерений от + 1100 до + 1200 °С

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2018 г. № 1809

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



..... 2018 г.

Серия СИ

№ 043158