



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.004.A № 52199

Срок действия до 23 августа 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи термоэлектрические ТХА 001, ТХА 002, ТХК 002

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Закрытое акционерное общество Специализированное конструкторское
бюро "Термоприбор" (ЗАО СКБ "Термоприбор"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 54773-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РГАЖ 0.282.002.01 РЭ, Раздел 3.4

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года для ТХА 001 и ТХА 002 класса 2 с
верхним пределом диапазона рабочих температур плюс 800 °С;
3 года для ТХК 002 с верхним пределом диапазона рабочих температур
плюс 600 °С;
2 года для ТХА 001 и ТХА 002 класса 1 и класса 2 с верхним пределом
диапазона рабочих температур соответственно плюс 900 °С и плюс 1000 °С

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 23 августа 2013 г. № 968

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



" 28.08 2013 г.

Серия СИ

№ 011580